

# FYD-366 -30 ° C DERİN DONDURUCU

-30 DERECE DERİN DONDURUCULAR



Çalışma aralığı	-5°C / -30°C
Hacim Net /Brüt	366/371 lt
Ayarlanmış ısı	+4 °C
Dış ölçüler ( G x D x Y )	149 x 72 x 85 cm
İç ölçüler ( G x D x Y )	133 x 47 x 63 cm
Soğutucu gaz	R600
Alarm (ısı,sensör)	Var
İç aydınlatma	Var
Dijital kontrol	Var
Kapı kilidi	Var
Defrost	Manuel
Sepet sayısı	2
Ağırlık Net/Brüt	65 /74 kg
Tekerlek	Opsiyonel
Soğutma tipi	Statik
Menşei	Türk Malı

## GENEL ÖZELLİKLER

1. Cihaz düşük enerji tüketimli, sessiz ve sarsıntısız çalışan kompresöre sahip olmalıdır.
2. Cihazın enerji tasarrufu sağlaması ve ısı kayıplarının en aza indirilmesini sağlayan 80 mm. kalınlık-taki C-PENTANE poliüretan izolasyona sahip olması gerekmektedir.
3. Cihazın dış gövdesi galvanize çelik üzeri elektrostatik boyalı olmalıdır.
4. Cihazın iç yapısı gofrajlı alüminyum ya da boyalı sacdan yapılmış olması gerekmektedir.
5. Cihazın sıcaklık kontrol paneli dokunmatik tuşlu ve dijital olmalıdır.
6. Cihazın ısı kontrol paneli 0,1°C hassasiyet ile çalışmalıdır.
7. Cihazın ısı kontrol paneli otomatik tuş kilidine sahip olmalıdır.
8. Cihazın doğru ve kesin sıcaklık ölçümü yapabilmesi için hücre içersine konumlandırılmış NTC sıcaklık sensörü bulunmalıdır.
9. Cihaz -5/-30°C aralığında programlanabilir çalışma aralığına sahip olmalıdır.
10. Cihaz düşük ve yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık sensör hatasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonuna sahip olmalıdır.
11. Cihazın dijital mikroişlemcisinin kalibrasyon yapma özelliği olmalıdır.
12. Cihazda oluşan son 9 alarm kod kaydının kontrol paneli üzerinden gösterimi yapılabilmelidir.
13. Cihazın kullanımı kolay, bakım gerektirmeyen soğutma sistemine sahip olması gerekmektedir.
14. Cihazın içinde en az 1 adet sepet bulunmalıdır.
15. Cihazın iç aydınlatması olmalıdır.
16. Cihazda R600 soğutucu akışkan gaz ile düşük enerji tüketimi sağlanmalıdır.
17. Cihazın gürültü seviyesi ≤55 dB olmalıdır.
18. Cihazın kilitlenebilir üst sandık kapağı olmalıdır.
19. Cihaz statik soğutmalı olmalı ve manuel defrost yapılabilmelidir.
20. Cihazın 2 yıl servis garantisi olmalıdır.
21. Cihaz yerli üretim olmalıdır. İthal ürünler teklif edilmemelidir.



DT DUYGU LTD.ŞTİ

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0212 638 40 13 Mail:info@duyguticaret.com.tr